

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Nº 19

EL BALANCERO S.R.L.

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

Pesas

Valor nominal de la pesa	Clase	Densidad	Incertidumbre mínima de medición
100 g	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 1 mg
200 g	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 3mg
500 g	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 8mg
1 kg	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 15 mg
2 kg	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 30 mg
5 kg	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 70 mg
10 kg	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 0,15 g
20 kg	Desde M1	Mayor a 7 kg / dm ³	± 0,30 g
500 kg	0,5 / 10 000	Mayor a 4,4 kg / dm ³	± 8 g
1 000 kg	0,5 / 10 000	Mayor a 4,4 kg / dm ³	± 18 g

Determinación de masa

Valor de la masa	Incertidumbre mínima de medición
100,001 g a 500 g	± 8 mg
500,001 g a 2 000 g	± 30 mg
2 000,001 g a 5 000 g	± 70 mg
5 000, 01g a 10 000 g	± 0,15 g
10 000, 01 g a 20 000 g	± 0, 30 g

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Nº 19

EL BALANCERO S.R.L.

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

Balanzas

Calibración de balanzas que permiten el ingreso de cargas rodantes, hasta 120 000 kg de capacidad de equilibrio automático o no automático.	d o d_d desde 0,1 kg hasta 100 kg	Clase III y IIII
Calibración de balanzas que no permiten el ingreso de cargas rodantes, desde 30 hasta 120 000 kg de capacidad de equilibrio automático o no automático.	d o d_d desde 0,05 kg hasta 100 kg	Clase III y IIII
Calibración de balanzas hasta 30 kg de capacidad	d o d_d desde 0,001 kg hasta 0,2 kg	Clase III y IIII